



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO**

**REF. 341**

**LOTE: 202001**

**DATA DE VALIDADE: 03/2022**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Especificações</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,010	De acordo
Fator de Calibração	942 a 1412	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 450 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro do intervalo	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro do intervalo	De acordo

Data: 11/09/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade