



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: GAMA GT - PP**

**REF. 461**

**LOTE: 6006**

**DATA DE VALIDADE: 01/2018**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	< 1,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	700 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 23/02/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade