



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: GLICOSE

REF. 434

LOTE: 1907

DATA DE VALIDADE: 10/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Fator de Calibração	226 a 277	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 500 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/10/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade