



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: TRIGLICÉRIDES**

**REF. 459**

**LOTE: 20011**

**DATA DE VALIDADE: 02/2022**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Especificações</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1000 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração	721 a 881	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 05/11/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade