



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: FERRO – PP**

**REF. 438**

**LOTE: 6007**

**DATA DE VALIDADE: 11/2017**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Fator de Calibração	1940 a 2912	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 1000 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 16/01/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade