



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: SANGUE OCULTO – EIC

REF. 533

LOTE: 20I005 (CM04)

DATA DE VALIDADE: 02/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Especificações	Resultados do lote
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Aspecto Extrator	Límpido incolor	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 08/12/2020

Isabela F A Santos - CRFMG 16773
Laboratório de Controle de Qualidade