



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: FRUTOSAMINA – PP**

**REF. 462**

**LOTE: 7093**

**DATA DE VALIDADE: 10/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros               | Faixa aceitável             | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Absorbância do Branco    | <0,065                      | De acordo          |
| Fator de Calibração      | 39 a 45                     | De acordo          |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo          |
| Linearidade              | Até 7,0 mmol/L              | De acordo          |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo          |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo          |

Data: 12/09/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade