



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: TGP

REF. 353

LOTE: 1803

DATA DE VALIDADE: 04/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 28/06/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade