



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas DCA
Referência Referencia / Reference:	431M
Lote Lot:	202103
Validade Validez / Expiration date:	08/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	30 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração BD Factor de calibración BD/BD Calibration Factor	13,5 - 16,5	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração BT Factor de calibración BT/BT Calibration Factor	25,7 - 35,0	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle BD Suero de control BD/BD Control Serum	0,31(0,19-0,44) mg/dL	0,37 mg/dL
Soro Controle BT Suero de control BT/BT Control Serum	1,22 (0,61 - 1,87) mg/dL	1,15mg/dL

Data Fecha / Date:	30/06/2021
------------------------------	-------------------

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br