



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Frutosamina Frutosamina/Frutosamine |
| Referência Referencia / Reference: | 462 |
| Lote Lot: | 1111 |
| Validade Validez / Expiration date: | 01/2024 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | <0,065 | 0,002 |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | 7,0 mmol/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 2,69 (2,15 - 3,23) mmol/L | 2,94 mmol/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 4,33 (3,47 - 5,19) mmol/L | 4,87 mmol/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 25/05/2021 |
|------------------------------|-------------------|

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br