



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: LIPASE**

**REF. 304**

**LOTE: 6059**

**DATA DE VALIDADE: 10/2017**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 75 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 20/06/2016

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade