



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: TRIGLICÉRIDES – PP

REF. 459

LOTE: 6009

DATA DE VALIDADE: 05/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	1100 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração	721 a 881	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/09/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade