



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Ferritina</b>
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>477</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>1130</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>05/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parâmetros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&gt; 1,700</b>	<b>1,001</b>
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>500 µg/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>97 - 146 µg/L</b>	<b>112 µg/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>292 - 437 µg/L</b>	<b>355 µg/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>12/07/2021</b>
------------------------------	-------------------

**José Gilmar Pereira Berto**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)