



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: SANGUE OCULTO – EIC**

**REF. 533**

**LOTE: 1309059**

**DATA DE VALIDADE: 03/2015**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Aspecto Extrator	Límpido incolor	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 19/12/2013

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade