



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: CRP LÁTEX**

**REF. 852**

**LOTE: 19010**

**DATA DE VALIDADE: 02/2021**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Controle Positivo	Aglutinação intensa	De acordo
Controle Negativo	Ausência de aglutinação	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 12/07/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade