

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0104

VAL.: 2022-08

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0104 Val: 08/2022

Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	178	142 - 214	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	45.9	32.1 - 59.7	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	27.1	19.0 - 35.2	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 03/20