



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: LDH UV

REF. 457

LOTE: 202006

DATA DE VALIDADE: 01/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Especificações	Resultados do lote
Absorbância do Branco	>0,800	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	2000 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/11/2020

Isabela F A Santos
Laboratório de Controle de Qualidade