

	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISES</b>
--	--------------------------------

**PRODUTO: EDTA**

**REF. 330**

**LOTE: 191078**

**DATA DE VALIDADE: 10/2021**

**1- Aspectos Físico-químicos**

<b>Reagentes</b>	<b>Cor</b>	<b>Aspecto</b>
<b>EDTA</b>	Laranja	Líquido límpido

**2 - Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta**

	<b>Resultados</b>
<b>Amostra 1</b>	ausentes
<b>Amostra 2</b>	ausentes
<b>Amostra 3</b>	ausentes

<b>RESULTADO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>APROVADO</b>	<input type="checkbox"/> <b>REPROVADO</b>
------------------	---	---

Data: 08/11/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade