



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: ALBUMINA – PP**

**REF. 419**

**LOTE: 6002**

**DATA DE VALIDADE: 05/2018**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Fator de calibração (620 nm)	9,3 a 13,9	De acordo
Linearidade	6,0 g/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 04/10/2016

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade