



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FRUTOSAMINA – PP

REF. 462

LOTE: 6121

DATA DE VALIDADE: 07/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,065	De acordo
Fator de Calibração	39 a 45	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 7,0 mmol/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 28/11/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade