



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: ALBUMINA

REF. 419

LOTE: 202005

DATA DE VALIDADE: 11/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Especificações	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Fator de calibração (620 nm)	9,3 a 13,9	De acordo
Linearidade	6,0 g/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 08/12/2020

Isabela F A Santos - CRFMG 16773
Laboratório de Controle de Qualidade