


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Cloretos</b> Cloruros/Chlorides
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>544</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202104</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>06/2022</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>≤ 0,100</b>	<b>0,034</b>
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>130 mEq/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nível I/Control Serum Level I:	<b>96 (82 - 110) mEq/L</b>	<b>91 mEq/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nível II/Control Serum Level II:	<b>121 (103 - 139) mEq/L</b>	<b>117 mEq/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>11/08/2021</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**