

Produto Producto / Product:	Frutosamina Frutosamina/Frutosamine
Referência Referencia / Reference:	462
Lote Lot:	1121
Validade Validez / Expiration date:	01/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,065	0,002
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	2,69 (2,15 - 3,23) mmol/L	2,94 mmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	4,33 (3,47 - 5,19) mmol/L	4,87 mmol/L

Data Fecha / Date:	08/06/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control