



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CREATININA**

**REF. 335**

**LOTE: 7005**

**DATA DE VALIDADE: 02/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0.150	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	12 mg/dL	De acordo
Fator de calibração	9,5 a 15,0	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/05/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade