



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: HDL DIRETO – PP**

**REF. 400**

**LOTE: 6005**

**DATA DE VALIDADE: 02/2018**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Fator de Calibração	287 a 431	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	200 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 14/11/2016

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade