



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: DENGUE – NS1

REF. 549

LOTE: 19B152

DATA DE VALIDADE: 08/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 01/04/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade