



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CK-MB - PP**

**REF. 490**

**LOTE: 8158**

**DATA DE VALIDADE: 07/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,400	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	600 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 25/10/2018

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade