



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: COVID - 19 IgG/IgM

REF. 121A

LOTE: SR200500 CM09

DATA DE VALIDADE: 03/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Especificações | Resultados do lote |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Aspecto Placa-Teste | Íntegra e sem manchas | De acordo |
| Aspecto Diluente | Límpido incolor | De acordo |
| Amostras positivas | Positivo | De acordo |
| Amostras negativas | Negativo | De acordo |

Data: 08/09/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade