



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	EDTA EDTA/EDTA
Referência Referencia / Reference:	330SE
Lote Lot:	201104A
Validade Validez / Expiration date:	11/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

1- Aspectos Físico-químicos
1- Aspectos físico-químicos/ Physical-chemical aspects

Reagentes Reactivos/ Reagents	Cor Color/Color	Aspecto Aspecto/Aspect
EDTA EDTA/EDTA	Laranja Naranja/Orange	Líquido Límpido Líquido limpio/ Clean Liquid

2-Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta
2- Formación de coágulos y ausencia de hemólisis después de 120 minutos de recogido/
2- Clot formation and absence of hemolysis after 120 minutes of collection

	Resultados Resultados/ Results
Amostra 1 Muestra 1/ Sample 1	Ausentes Ausentes/ Absent
Amostra 2 Muestra 2/ Sample 2	Ausentes Ausentes/ Absent
Amostra 3 Muestra 3/ Sample 3	Ausentes Ausentes/ Absent

RESULTADO RESULTADO/ RESULT	■ APROVADO ■ OKEY/OKAY
---------------------------------------	---

REPROVADO
DESAPROBADO/DISAPPROVED

Data
Fecha / Date:

15/01/2021



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br