


Produto Producto / Product:	HDL Direto HDL Directo/ HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	400 e 400E
Lote Lot:	21010
Validade Validez / Expiration date:	11/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	50 (40 - 60) mg/dL	46 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	80 (64 - 96) mg/dL	77 mg/dL

Data Fecha / Date:	29/03/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

