

**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

PRODUTO: FLUORETO – CAT. 329

CERTIFICADO DE ANÁLISE

REAGENTES	LOTE	VALIDADE
Fluoreto	171147	11/2019

1- ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS

Reagentes	Cor	Aspecto
Fluoreto	Verde	Líquido límpido

2- RELAÇÃO ANTICOAGULANTE/AMOSTRA

Anticoagulante = 1 gota	Amostra = 3 mL
-------------------------	----------------

3- FORMAÇÃO DE COÁGULO

	30 minutos	60 minutos	120 minutos
Amostra 1	ausente	ausente	ausente
Amostra 2	ausente	ausente	ausente
Amostra 3	ausente	ausente	ausente

4- PRESENÇA DE HEMÓLISE

	Hemólise em 120 minutos
Amostra 1	ausente
Amostra 2	ausente
Amostra 3	ausente

RESULTADO	■ APROVADO	REPROVADO
-----------	------------	-----------

Data: 16/02/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade