

Produto Producto / Product:	HBsAg - EIC HBsAg - EIC/HBsAg - EIC
Referência Referencia / Reference:	532
Lote Lot:	202121
Fabricação Fabricación/Manufacturing date:	19/10/2021
Validade Validez / Expiration date:	02/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspecto Placa-Teste Aspecto de la placa de prueba/Teste Plate Appearance	Íntegra e sem manchas Intacto y sin manchas/ Intact and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples:	Positivo Positivo/Positive	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas/Negative samples:	Negativo Negativo/Negative	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	21/10/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control