


Produto Producto / Product:	Proteínas Totais Proteínas Totales/Total Proteins
Referência Referencia / Reference:	418
Lote Lot:	202104
Validade Validez / Expiration date:	09/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,150	0,118
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor	15,7 a 23,3	21,28
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	14 g/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	4,30 (3,78 - 4,82) g/dL	4,29 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	6,29 (5,54 - 7,05) g/dL	6,39 g/dL

Data Fecha / Date:	28/09/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br