



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: AST - PP**

**REF. 421**

**LOTE: 6005**

**DATA DE VALIDADE: 09/2017**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	> 1,000	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	400 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/09/2016

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade