



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: PCR TURBIDIMETRIA

REF. 473

LOTE: 0100

DATA DE VALIDADE: 10/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,900	De acordo
Fator de Calibração	250 a 750	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 150 mg/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/08/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade