



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: PCR TURBIDIMETRIA**

**REF. 473**

**LOTE: 6116**

**DATA DE VALIDADE: 12/2018**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| <b>Parâmetros</b>        | <b>Faixa aceitável</b>      | <b>Resultados do lote</b> |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco    | <0,900                      | De acordo                 |
| Fator de Calibração      | 250 a 750                   | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade              | Até 150 mg/L                | De acordo                 |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 07/11/2016

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade