



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: GAMA GT - PP

REF. 461

LOTE: 1802

DATA DE VALIDADE: 05/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	< 1,500	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	700 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 25/06/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade