



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FERRITINA - PP

REF. 477

LOTE: 6105

DATA DE VALIDADE: 01/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do branco	<1,600	De acordo
Fator de calibração	1367 a 2051	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Exatidão dos controles	Dentro dos limites estabelecidos	De acordo

Data: 04/10/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade