

	CERTIFICADO DE ANÁLISES
--	--------------------------------

PRODUTO: SANGUE OCULTO – EIC

REF. 533

LOTE: 19G009

DATA DE VALIDADE: 11/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Aspecto Extrator	Límpido incolor	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 04/12/2019

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Laboratório de Controle de Qualidade