



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**

Producto / Product:

**FR Turbidimetria**

**Referência**

Referencia / Reference:

**472**

**Lote**

Lot:

**1214**

**Validade**

Validez / Expiration date:

**11/2022**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parâmetros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt; 1,400</b>	<b>0,988</b>
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>120 UI/mL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>41,7 (29,2 - 54,2) UI/mL</b>	<b>48 UI/mL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>75,7 (53,0 - 98,4) UI/mL</b>	<b>82 UI/mL</b>

**Data**

Fecha / Date:

**17/12/2021**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)