



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: LDH UV**

**REF. 457**

**LOTE: 1902**

**DATA DE VALIDADE: 06/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	> 0,800	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	2000 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/04/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade