



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: LDH UV

REF. 457

LOTE: 1901

DATA DE VALIDADE: 04/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	> 0,800	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	2000 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 07/02/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade