



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: BILIRRUBINAS

REF. 431M

LOTE: 202005

DATA DE VALIDADE: 12/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Especificações	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade BD	12 mg/dL	De acordo
Linearidade BT	30 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração BD	13,5 - 16,5	De acordo
Fator de Calibração BT	25,7 - 35,0	De acordo
Soro Controle BD	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle BT	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/11/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade