



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--------------------------|
| Produto Producto / Product: | EDTA EDTA/EDTA |
| Referência Referencia / Reference: | 330SE |
| Lote Lot: | 210312 |
| Validade Validez / Expiration date: | 03/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

1- Aspectos Físico-químicos
1- Aspectos físico-químicos/ Physical-chemical aspects

| Reagentes Reactivos/ Reagents | Cor Color/Color | Aspecto Aspecto/Aspect |
|---|----------------------------------|--|
| EDTA EDTA/EDTA | Laranja Naranja/Orange | Líquido Límpido Líquido limpio/ Clean Liquid |

2-Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta
2- Formación de coágulos y ausencia de hemólisis después de 120 minutos de recogido/
2- Clot formation and absence of hemolysis after 120 minutes of collection

| | Resultados Resultados/ Results |
|---|--|
| Amostra 1 Muestra 1/ Sample 1 | Ausentes Ausentes/ Absent |
| Amostra 2 Muestra 2/ Sample 2 | Ausentes Ausentes/ Absent |
| Amostra 3 Muestra 3/ Sample 3 | Ausentes Ausentes/ Absent |

| | |
|---------------------------------------|---|
| RESULTADO RESULTADO/ RESULT | ■ APROVADO ■ OKEY/OKAY |
|---------------------------------------|---|

REPROVADO
DESAPROBADO/DISAPPROVED

Data
Fecha / Date:

16/03/2021



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br