


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>LDL Direto</b> LDL Directo/Direct LDL
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>401</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>1191</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>01/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>990 mg/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>49,3 (39,4 - 59,1) mg/dL</b>	<b>47 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>98,6 (78,8 - 118,3) mg/dL</b>	<b>105 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>09/11/2021</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control