



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: COLESTEROL HDL – PP

REF. 413

LOTE: 6002

DATA DE VALIDADE: 11/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Fator de Calibração	119 a 145	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 04/10/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade