

# Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601

MS 80022230191



# Analisa

**LOTE: 0105**

**VAL.: 2021-06**

#### Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0105 Val: 06/2021					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	178	142 - 214	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	247	198 - 296	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	45.9	32.1 - 59.7	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	78.4	54.9 - 101.9	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	27.1	19.0 - 35.2	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	54.3	38.0 - 70.6	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 03/20