



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FERRITINA

REF. 477

LOTE: 9103

DATA DE VALIDADE: 10/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do branco	<1,600	De acordo
Fator de Calibração (pontos 1 ao 4)	1500 a 2100	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Exatidão dos controles	Dentro dos limites estabelecidos	De acordo

Data: 19/06/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade