



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: AMILASE**

**REF. 311**

**LOTE: 202102**

**DATA DE VALIDADE: 02/2023**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Especificações</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Controle	0,260 a 0,460	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	400 U/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/03/2021

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade