


Produto Producto / Product:	LDL Direto LDL Directo/Direct LDL
Referência Referencia / Reference:	401
Lote Lot:	6005
Validade Validez / Expiration date:	23/08/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	990 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	82,2 (69,8 - 94,5) mg/dL	84,40 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	41,1 (34,9 - 47,3) mg/dL	38,30 mg/dL

Data Fecha / Date:	26/01/2026
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control